

Карта заказа технического вакуумметра ТВ-110
Диаметр корпуса 40мм. Межповерочный интервал два года.

ТВ-110 X .00 (0-XX МПа) XXXX. 2,5. XX

Обозначение расположения штуцера	
Р Радиальное расположение штуцера.	
Т Осевое или тыльное расположение штуцера	

Обозначение параметров гидрозаполнения
Для данной модели не предусмотрено

Обозначение спец исполнения для измерения газа
C2H2 Для измерения давления ацетилена
O2 Для измерения давления кислорода
C3H8 Для измерения давления пропана

Обозначение класса точности
Для данной модели 2,5

Обозначение присоединительной резьбы на штуцере.
G1/8 или M10×1

Обозначение диапазона измерения
-0,1-0 МПа