

Карта заказа газосигнализатора стационарного одноканального серии ИГС-98 исполнение 011.

1. Для заказа газоанализатора необходимо выбрать необходимые газы и диапазоны измерений из таблицы 1.

Таблица 1.

Измеряемый газ	Диапазон измерения
Агат-СВ (азота диоксид NO ₂)	0–32 мг/м ³
Астра-СВ (аммиак NH ₃)	0–320 мг/м ³
Дукат-СВ (углерода диоксид CO ₂)	0–5 % об.
Клевер-СВ (кислород O ₂)	14–30 % об.
Клевер-СВ (кислород O ₂) (стандарт)	0–32 % об.
Мак-СВ (угарный газ CO)	0–320 мг/м ³
Мак-СКВ (угарный газ CO) (для автостоянок, шлейфное подключение)	0–320 мг/м ³
Сапфир-СВ (серы диоксид SO ₂)	0–32 мг/м ³
Сирень-СВ (сероводород H ₂ S)	0–32 мг/м ³
Флора-СВ (формальдегид H ₂ CO)	0–8 мг/м ³
Хмель-СВ (хлор Cl ₂)	0–32 мг/м ³
Хвощ-СВ (водород хлористый HCl)	0–32 мг/м ³

Стационарные одноканальные газосигнализаторы с цифровой индикацией и встроенным сенсором на токсичные газы исполнение 011 в базовой комплектации поставляются без блока питания и выносного блока реле.

Пример записи обозначения приборов при их заказе: Газосигнализатор Мак-СВ (угарный газ CO, 0–320 мг/м³)

К заказу принимается одноканальный газоанализатор стационарной установки Мак-СВ с встроенными сенсорами на угарный газ CO с диапазоном измерения 0–320 мг/м³.

Возможно изготовление приборов на иные пороги и диапазон измерения, особое исполнение в данном случае необходимо указать данную информацию в техническом задании.