ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.34.004.A № 67387

Срок действия до 25 сентября 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Микроамперметры, миллиамперметры, амперметры и вольтметры щитовые М42

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Открытое акционерное общество "Электроприбор" (ОАО "Электроприбор"), Республика Чувашия, г. Чебоксары

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № **68770-17**

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
ГОСТ 8.497-83

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ **2 года; для моделей М42300 (м), М42301 (м) - 3 года; для моделей М42300, М42301, М42300.8, М42301.8 - 5 лет**

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **25 сентября 2017 г. № 2008**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства С.С.Голубев

"22" 09 2017 г.

Серия СИ № **031023**