

Карта заказа технического вакуумметра ТВ-310
Диаметр корпуса 63мм. Межповерочный интервал два года.

ТВ-310 X .00 (0-XX МПа) XXXX. XX. XX

Обозначение расположения штуцера	
Р Радиальное расположение штуцера.	
Т Осевое или тыльное расположение штуцера	
Обозначение параметров гидрозаполнения	
Для данной модели не предусмотрено	

Обозначение спец исполнения для измерения газа
O2 Обезжиренное исполнение для измерения давления кислорода. При отсутствии не заполняется.

Обозначение класса точности
1,5 или 2,5

Обозначение присоединительной резьбы на штуцере.
G1/4 или M12×1,5

Обозначение диапазона измерения
.-0,1-0 МПа

